



Endoskop Banyosu

Sistem, gastroenteroloji laboratuvarında kullanılan endoskopların sterilize edilmesini sağlar. Genel olarak endoskoplarda üç ayrı yıkama evyesine ihtiyaç duyulur: Genel şebeke suyu ile yıkama, distile su ile yıkama ve gluteraldehit solüsyonu ile yıkama. Şebeke ve distile su genel gidere verilirken, gluteraldehit solüsyonu nötralizasyon cihazında toplandıktan sonra nötrleştirilir ve sonra genel gidere verilir.

Özellikler

- Tüm gövde AISI 304 paslanmaz çelik
- Şebeke suyu için batarya
- Dolabın altı sürgü kapılı raf
- Profilden ayarlanabilir rotül ayaklar
- İsteğe ve yerleşime göre tasarım ve üretim

